



浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	公共事务管理处校医院	联系人	王天舒	联系电话	13750866590/686590	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20121497	全自动生化分析仪	迈瑞 BS-380	243,400.00	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	王天舒	2012.06
仪器运行及维护记录	<p style="text-align: center;">  </p> <p>该全自动生化分析仪购置于2012年6月，至今使用已超过11年，已过报废年限。在使用期间也经过多次维修，更换过部件。现由于该机器年数已久，内部线路、管道及部件老化，已无法正常开机。且经迈瑞工程师勘察，此机器已无维修价值。</p>					
效益产出情况	<p>校医院承载着全校师生部分疾病的诊治和常规新生入学体检。全自动生化分析仪是临床应用最广泛的仪器之一，是各类疾病诊治的必要辅助检查设备，对临床医生的疾病诊断和药物使用有着重要参考意义。该仪器自安装以来用于每年新生（包括新入学的研究）体检生化检验工作，每年体检人数大约4500-5000人次，该仪器的使用减少了体检生化检验费用几乎40-50%开支。</p>					
申请报废理由	<input checked="" type="checkbox"/> 故障损坏无法修复			<input type="checkbox"/> 指标落后无法使用		
	<input type="checkbox"/> 法规要求强制报废			<input type="checkbox"/> 场地调整无法迁移		
	<p>该生化仪器自2012年6月开始使用至今已超过11年，已过报废年限；且在使用期间也经过多次维修，更换过部件。现由于该机器年数已久，内部线路、管道及部件老化，已无法正常开机使用，经迈瑞工程师勘察，此机器已无维修价值。</p> <p style="text-align: right;"> 使用人签字：王天舒  2023年 11月 6日 </p>					



报废 鉴定 意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员				
	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见 <small>主要填写：报废理由是否属实，是否满足报废要求</small>	签字
	刘芳	副主任医师	校医院	属实，满足报废要求。	
	张雳虹	副主任医师	校医院	属实，满足报废要求。	
	王欣	副主任医师	校医院	属实，满足报废要求。	
部门 审批 意见	<p>情况属实，同意报废。</p> <p>其他说明：_____</p> <p style="text-align: center;">部门资产负责人签字（加盖部门公章）  </p> <p style="text-align: center;">2023年11月5日</p>				

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。

