

浙江工商大学大型仪器设备报废申请单

金额单位：元

申请部门	校医院	联系人	王天舒	联系电话	13750866590	
资产编号	资产名称	型号	单价	是否已到报废年限	使用人	购置日期
20143246	彩色多普勒超声诊断仪	飞利浦 HD15	998,000.00	☒ 是 ☐ 否	/	2014-11-27
仪器运行及维护记录	根据资产 IN 平台以及校医院目前已有可查资料： 1. 彩色多普勒超声诊断仪采购于 2014 年 11 月，品牌/型号为飞利浦 HD15，采购时由 B 超医生（李萍）使用，2018 年前后，李萍医生离职，该仪器暂时无人能够使用。目前放置在校医院二楼，由院办公室代为管理。 2. 2019 年，该机器无法正常开机，经厂家检测考虑主要为电源损坏导致，维修费 5 万。2021 年，该机器再次无法开机，经厂家检测，需维修费约 10 万元，申请经费未批准。 3. 目前，该仪器已经到达报废年限，且产品技术参数等已落后，故申请报废。					
效益产出情况	仪器使用期间，月均门诊用量约 100 人次。					
申请报废理由	☒ 故障损坏无法修复			☐ 指标落后无法使用		
	☐ 法规要求强制报废			☐ 场地调整无法迁移		
	故障损坏无法修复。2019 年，该机器无法正常开机，经厂家检测考虑主要为电源损坏导致，维修费 5 万元。维修后不久再次无法开机，维修费需 10 万元左右，且因 B 超医生离职，该仪器无人能够使用，申请维修费未获批准。今已到报废年限，特申请报废。 使用人签字：王天舒 2025 年 11 月 20 日					



报废 鉴定 意见	须专家三名或以上，具有副高以上职称或六级以上职员				
	鉴定人	职务/职称	所属单位	鉴定意见 主要填写：报废理由是否属实，是否满足报废要求	签字
	丁道南	副主任医师	杭州职业技术大学	理由属实，同意。	丁道南
	谈国凤	高级实验师	浙江工商大学食品学院	理由属实，同意。	谈国凤
	刘芳	副主任医师	浙江工商大学附属医院	理由属实，同意。	刘芳
部门 审批 意见	情况属实，同意报废。 其他说明：_____。  部门资产负责人签字（加盖部门公章）： 2025年 11月 21日				

本表仅适用于学校大型仪器设备报废申请，须一物一表填写后在部门网站公示一周。

